

微生物 實驗室每週安全衛生檢查檢點紀錄表

檢查時間： 年 月

檢查項目	檢查重點	檢查日期					備註 (改善建議事項)
		/	/	/	/	/	
無菌操作台	使用前確認開口處氣流保持向內						
	實驗後使用適當消毒劑除污						
	實驗應有操作SOP						
	實驗時應穿戴個人防護設備						
	實驗完UV燈是否確實關閉						
儀器設備	儀器設備是否有掛出安全操作手冊						
	電線之絕緣包覆有無破損及裸露						
污染防治	廢棄物是否分類貯存。						
	廢棄物回收時，是否有登錄紀錄表						
	廢溶劑儲存桶是否固定						
消防滅火設施	緊急照明系統是否良好。						
	放置位置有無明顯標示滅火器						
	緊急疏散標示是否清楚						
	檢查人員簽章 (請簽全名)						
環境安全衛生組：_____		實驗室負責人：_____					
總務主任：_____		單位主管：_____					
填表說明	1.上述檢查結果若發現為是或有者，請以「√」標記，若發現為否或無者，請以「×」標記，若該檢查項目為不適用或其他，請以「△」標記。 2.若檢查結果有缺失者(日期、缺失時間)，請將改善情形紀錄於備註欄或通知環安組協助處理。 3.本表請檢查人員及實驗(習)室負責人確實督導及檢查填表。 4.紀錄表請實驗室負責人次月5日前送至環安組辦公室。						
						保存期限：三年	